BIOSENCY

Boraconnect®

Plataforma web y aplicación móvil para los profesionales sanitarios

Manual de usuario



Bora connect[®] versión 2.8.3 Bora-connect_IFU_2.8.3 – Junio 2023

Índice

Introducción	4
Sobre este manual de usuario	4
Uso previsto	4
Población objeto	5
Contraindicaciones	5
Avisos y precauciones	6
Presentación Bora connect [®]	7
Accesorios, información para un uso óptimo	7
Bora band®	7
La aplicación móvil del paciente	8
Identificación de Bora connect®	8
Instalación de Bora connect®	9
Prerrequisitos técnicos	9
Primeros pasos con Bora connect®	10
Primeros pasos con Bora connect [®] 1 ¿Cómo conectarse a Bora connect [®] por primera vez?	10
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes 	10
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes ¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»? 	10
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes ¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»? ¿Cómo personalizar una alerta? 	10
 Primeros pasos con Bora connect® 1 ¿Cómo conectarse a Bora connect ® por primera vez? 2 Televigilancia de los pacientes ¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»? ¿Cómo personalizar una alerta? ¿Cómo parar una sesión de vigilancia de un paciente? 	10 10 12 12 12 14 14
 Primeros pasos con Bora connect® ¿Cómo conectarse a Bora connect® por primera vez? 2 Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 16 16
 Primeros pasos con Bora connect® ¿Cómo conectarse a Bora connect® por primera vez? Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 16 16 16
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes ¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»? ¿Cómo personalizar una alerta? ¿Cómo parar una sesión de vigilancia de un paciente? ¿Cómo visualizar las alertas? ¿Cómo solucionar una alerta? ¿Cómo comentar una alerta? 	10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 17
 Primeros pasos con Bora connect® ¿Cómo conectarse a Bora connect® por primera vez? 2 Televigilancia de los pacientes ¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»? ¿Cómo personalizar una alerta? ¿Cómo parar una sesión de vigilancia de un paciente? ¿Cómo visualizar las alertas? ¿Cómo solucionar una alerta? ¿Cómo comentar una alerta? ¿Cómo visualizar los datos clínicos relacionados con la alerta? 	10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 17 18 19
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 17 18 19 20
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 16 16 16 17 18 19 20 21
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 16 16 16 17 18 19 20 21 21
 Primeros pasos con Bora connect[®] ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez? Televigilancia de los pacientes	10 10 12 12 12 14 16 16 16 17 18 19 20 21 21 21 24



Las diferentes pestañas de Bora connect®	
Médicos	
Lista de servicios	
Profesionales sanitarios	
Papeles	
Bora band®	
Parámetros	
Autenticación multifacto	
¿Contraseña olvidada?	
SigniPcado de los signos, símbolos y abreviaturas	40
Desconexión de Bora connect (R)	40
Actualización y mantenimiento del progra	ma de Rora
connect	41
Almacenamiento de datos	
Acceso a los datos	43
Profesionales sanitarios	43
Patients	43
Garantía y asistencia	
Exclusion de la garantie	44
Incidentes	44
Asistencia	44
Desinstalación y poner fuera de servicio el	programa45
Ciberseguridad	
Características técnicas	47
Rendimiento	
Conformidad	47
Ventajas clínicas	48
Derechos de autor y marcas comerciales	49
Símbolos	50
Datos del fabricante	51
VERSIÓN 2.8.3 BIOSENCY	3

_

Sobre este manual de usuario

Este manual es una guía de uso de la plataforma y de la aplicación móvil Bora connect® para los profesionales sanitarios.

MANUAL DE USUARIO

No utilice Bora connect® sin haber leído y entendido previamente todas las instrucciones de este manual

El uso del dispositivo médico Bora connect® por parte de los clientes está condicionado a una formación sobre su uso con los equipos de Biosency.

Para la instalación, la configuración y el uso de Bora connect® no se necesitan competencias informáticas especiales.

Utilice Bora connect® respetando siempre las instrucciones de este manual. Si no se respetan las instrucciones de este manual podría desencadenarse un mal funcionamiento.

La plataforma debe utilizarse solo con los accesorios proporcionados por Biosency: Bora band® kit standard BB-100 (dispositivo móvil utilizado para medir los parámetros fisiológicos de los pacientes), Bora connect® for Home BC4H y Bora connect® for Study BC4S (aplicaciones móviles que transfieren los datos desde y hacia el Bora band®).

Para garantizar un uso en las mejores condiciones, lea atentamente las precauciones de uso y los avisos destacados con el símbolo A.

Uso previsto

Bora connect® es una plataforma web para los profesionales sanitarios destinada para:

- Transferir y mostrar la información de los aparatos y los parámetros fisiológicos transmitidos a distancia por el/los aparatos del paciente. Se utiliza para facilitar el seguimiento médico de los pacientes con insuficiencia respiratoria.
- Proporcionar datos para el seguimiento de las condiciones fisiológica, del estado de salud o de las enfermedades de los pacientes con una insuficiencia respiratoria. La información puede incluir notificaciones visuales para los pacientes que están fuera de los límites que el profesional sanitario ha definido previamente en Bora connect®.

Bora connect® también está disponible en aplicación móvil.

Bora connect® se utiliza junto con Bora band®.

Bora connect® se utiliza junto con una de las siguientes aplicaciones móviles del paciente: Bora connect® móvil (cuenta del paciente), Bora connect for Home, Bora connect for Study.



Población objeto

Bora connect® se utiliza para visualizar los parámetros fisiológicos de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Los pacientes son adultos con un riego satisfactorio. Bora band®, un dispositivo médico que se lleva en la muñeca, recoge los parámetros fisiológicos.

Los profesionales sanitarios tienen acceso a los datos fisiológicos del paciente gracias a la versión web de Bora connect®.

La estructura cliente (por ejemplo, los cuidadores a domicilio) tiene acceso a la información sobre el estado de Bora band® (aparato que se utiliza o está disponible para su uso, nivel de batería, etc.) gracias a Bora connect®.

Contraindicaciones

ALARMA

No utilizar Bora connect® cuando son necesarias las alarmas.

VIGILANCIA CONTINUA

No utilizar Bora Connect® en el caso de una vigilancia continua. Bora connect® se utiliza con aparatos que registran periódicamente los parámetros fisiológicos.

Bora connect® no activa ninguna alarma y no permite realizar continuos relevos.

Bora connect® no está diseñado para vigilar de forma permanente los signos vitales del paciente.



Avisos y precauciones

Avisos

- No utilizar Bora connect® sin haber leído y entendido todas las instrucciones de este manual.
- No utilizar Bora connect® cuando son necesarias las alarmas.
- No utilizar Bora connect® en el caso de una vigilancia continua..
- No utilizar Bora connect® con otros accesorios que no sean los proporcionados por Biosency: Bora band® Modelo BB-100, Bora connect for Home BC4H, Bora connect for Study BC4S.
- El paciente debe instalar una de estas aplicaciones: Bora connect® móvil, Bora connect for Home o Bora connect for Study. De no ser así, la recogida de los datos en Bora connect® se vería afectada.

Precauciones

- Utilice siempre Bora connect® cumpliendo con las instrucciones de este manual. Si no se respetan las instrucciones de este manual podría desencadenarse un mal funcionamiento.
- La plataforma Bora connect® debe utilizarse solo con los accesorios proporcionados por Biosency.
- Para garantizar un uso seguro y óptimo del aparato, lea atentamente las precauciones de uso y los avisos marcados con el símbolo .
- Bora Bora connect® se utiliza junto con Bora band®.
- La información para una combinación segura de Bora connect® con Bora band® está disponible en el manual de usuario de Bora band®. Esta operación debe realizarla un profesional cualificado..
- Para disfrutar de las últimas evoluciones, asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación móvil Bora connect®.
- Para disfrutar de las últimas evoluciones, asegúrese de que el paciente utiliza la última versión de Bora connect® móvil, Bora connect for Home o Bora connect for Study.
- Se recomienda realizar un análisis de los riesgos de la red informática con la identificación, el análisis, la evaluación y el control de todos los riesgos vinculados con la instalación y el uso de Bora connect®.
- Es importante comprobar todos los prerrequisitos técnicos descritos en la sección <u>Prerrequisitos</u> <u>técnicos</u> y la información relativa a la ciberseguridad descrita en la sección <u>Ciberseguridad</u> y necesaria para el funcionamiento de Bora connect® si se cambia la red informática.
- Si se detecta un nuevo riesgo, contacte con el servicio de atención al cliente de Biosency según se indica en la sección <u>Asistencia.</u>
- Conserve los datos de conexión (nombre de usuario y contraseña) con total seguridad y no olvide proteger el acceso a su smartphone con un código pin o un reconocimiento biométrico. . Esto impedirá que un tercero no autorizado y/o malicioso acceda a sus datos. La información de conexión es estrictamente personal y no debe enviarse a ningún tercero.



Bora connect® permite vigilar los parámetros fisiológicos del paciente, gestionar las notificaciones visuales de los datos fisiológicos del paciente, exportar los datos fisiológicos del paciente, realizar un sondeo del paciente, gestionar las pulseras Bora band® y las cuentas de los pacientes, de los médicos y de los cuidadores a domicilio. Dependiendo de su papel, quizás no pueda gestionar la flota de Bora band®, las cuentas de los pacientes, de los médicos y de los cuidadores de los pacientes, de los médicos y de los cuidadores a domicilio. Consulte con el administrador Bora connect® de su estructura.

Bora connect® propone diferentes páginas :

- Cuadro de mando: una lista de todos los pacientes de la estructura, con una indicación visual en caso de alerta.
- **Pacientes :** una lista de todos los pacientes de la estructura con filtros predefinidos (favoritos, sin datos en 24 horas, con Bora band®, sin Bora band®).
- Médicos: una lista de todos los médicos y servicios relacionados con la estructura.
- Cuidadores a domicilio: una lista de todos los profesionales sanitarios
- Bora bands: una lista de todos los Bora band® atribuidos a la estructura.
- Cuestionarios: una lista de todos los cuestionarios.
- Papeles: una lista de todos los papeles, el acceso a las páginas Bora connect® depende del papel del usuario.
- Parámetros: los datos personales, consulte la pestaña confidencialidad de los datos y la etiqueta Bora connect®.

La plataforma web Bora connect® está disponible en esta dirección : <u>https://bora-connect.com</u>. La aplicación móvil Bora connect® está disponible en Google Play Store y Apple App Store.

Accessoires, informations pour une utilisation optimale

ACCESORIOS COMPATIBLES

No utilizar Bora connect® con otros accesorios que no sean los proporcionados por Biosency: Bora band® Modelo BB-100, Bora connect for Home BC4H, Bora connect for Study BC4S.

Bora band®

Bora connect® se utiliza junti con Bora band®.

Dispositivo	Descripción
Kit estándar Bora band® BB-100	Kit estándar Bora band®, dispositivo colocado en la muñe- ca y utilizado para medir los parámetros fisiológicos de los pacientes.

La información para una combinación segura de Bora connect® con Bora band® está disponible en el manual de usuario de Bora band®. Esta operación debe realizarla un profesional cualificado.



La aplicación móvil del paciente

LA APLICACIÓN MÓVIL DEL PACIENTE

El paciente debe instalar una de estas aplicaciones: Bora connect® móvil, Bora connect for Home o Bora connect for Study. De no ser así, la recogida de los datos en Bora connect® se vería afectada.

VERSIÓN MÓVIL DE BORA CONNECT®, FOR HOME Y FOR STUDY

Para disfrutar de las últimas evoluciones, asegúrese de que el paciente utiliza la última versión de Bora connect® móvil, Bora connect for Home o Bora connect for Study.

Bora connect® necesita una aplicación móvil para instarla al paciente: Bora connect® móvil, Bora connect for Home o Bora connect for Study. Una de estas aplicaciones debe instalarse en el domicilio del paciente. Esta operación debe realizarla un profesional cualificado.

Dispositivo	Descripción
	Bora connect for Home, las aplicaciones móviles del paciente que trans-
DC411	fieren los datos desde y hacia Bora band®.
	Bora connect for Study, las aplicaciones móviles del paciente que trans-
BC4S	fieren los datos desde y hacia Bora band®, y recogen las respuestas en
	el cuestionario de calidad de vida.
	Bora connect® móvil para el paciente, la aplicación móvil del paciente
BC móvil	que transfiere los datos desde y hacia Bora band®, permite al paciente
(Cuenta del paciente)	consultar sus datos y recoger las respuestas en el cuestionario decalidad
	de vida.

La información para un uso óptimo de Bora band® con las aplicaciones móviles está disponible en el manual de usuario de Bora band®.

Identificación de Bora connect®

La versión de Bora connect® aparece en la parte inferior izquierda de la aplicación, precedida de la palabra «versión». Bora connect® Unique Device Identifier se muestra en la página «Parámetros», precedido del símbolo UDI.



PRECAUCIONES

RED INFORMÁTICA

La ejecución de Bora connect® en la red informática podría suponer ciertos riesgos no identificados entre los pacientes, los usuarios o terceros. Se recomienda realizar un análisis de los riesgos de la red informática identificando, analizando, evaluando y controlando todos los riesgos vinculados con la instalación y el funcionamiento de Bora connect®. Además, es importante comprobar todos los prerrequisitos técnicos descritos en la sección <u>Prerrequisitos técnicos</u> y la información relativa a la ciberseguridad descrita en la sección<u>Ciberseguridad</u> y necesaria para el funcionamiento de Bora connect® si se cambia la red informática. Si se detecta un nuevo riesgo, contacte con el servicio de atención al cliente de Biosency según se indica en la sección <u>Asistencia.</u>

La plataforma Bora connect® es una plataforma web, Bora connect® no se instala en el ordenador. La plataforma web Bora connect® está disponible en esta dirección: <u>https://bora-connect.com</u>.

La aplicación móvil Bora connect® se puede instalar igual que cualquier otra aplicación móvil, dependiendo del funcionamiento de su teléfono móvil. La aplicación móvil Bora connect® está disponible en Google Play Store y Apple App Store.

Prerrequisitos técnicos

Web de Bora connect®

- Procesador: 1.4 GHz
- RAM: 2 Go
- Navegador: versión actual de Chrome o Safari
- Résolución: min. 1920*1080
- Conexión internet con acceso a https://bora-connect.com

Aplicación móvil Bora connect®

- Procesador: 1.4 GHz
- RAM: 2 Go
- Bluetooth®: 4.2 (Bluetooth Low Energy)
- Sistema operativo: Android version N-5 (o iOS version N-3) N, la última versión
- Redes: Wifi con acceso Web o 3G o 4G o 5G
- Resolución: 360 x 640 píxeles



Primeros pasos con Bora connect®



En la siguiente parte le ayudaremos a conectarse a Bora connect®:

- Va a conectarse a Bora connect® por primera vez
- Va a iniciar una sesión de televigilancia de un paciente
- Consultará los gráficos de las medidas del paciente

1 ¿Cómo conectarse a Bora connect[®] por primera vez?

⚠ PRECAUCIONES

NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE BORA CONNECT®

Conserve los datos de conexión (nombre de usuario y contraseña) con total seguridad y no olvide proteger el acceso a su smartphone con un código pin o un reconocimiento biométrico. Esto impedirá que un tercero no autorizado y/o malicioso acceda a sus datos. La información de conexión es estrictamente personal y no debe enviarse a ningún tercero.

Cuando el administrador haya creado su cuenta Bora connect®, recibirá un correo electrónico de verificación.

Pulse en el enlace del correo electrónico para definir la contraseña de su cuenta. Compruebe en la carpeta de correo no deseado.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y contener al menos 3 de los 4 tipos de caracteres:

- 1. Minúsculas (a-z)
- 2. Mayúsculas (A-Z)
- 3. Números (i.e. 0-9)
- 4. Ca4. Caracteres especiales (e.g. !@#\$%^&*)

Boraconnect

Bienvenido

Se crea tu cuenta de BORA Connect. Ahora puede establecer su contraseña **haciendo clic aquí**.



2 Al haber definido la contraseña, será redirigido a la página de conexión.

Introduzca su dirección de correo electrónico, su contraseña ya definida y valide.



Boraconnect Compruebe su identidad

¿No ha recibido el código? Devolver

XXXXXXXXX5842 Introduzca el código de 6 cifras

3 En la primera conexión, deberá introducir un número de teléfono móvil para activar la AMF (autenticación de doble factor).

Seleccione el código del país e introduzca su número de teléfono.

Inmediatamente recibirá un SMS con un código de un solo uso.

4 Introduzca el código de un solo uso recibido por SMS.
Al menos una vez a la semana es necesario una autenticación
multifactorial, salvo que se desconecte voluntariamente de
Bora connect®.

5 Si es la primera conexión, recibirá un código de recuperación en la plataforma que podrá utilizar si necesita conectarse sin su teléfono. Este código de recuperación solo puede utilizarse una vez.

Es importante conservar este código de recuperación en un lugar seguro.

Boraconnect	
¡Ya casi está!	
Copia este código de recuperación y guárdalo en un lugar seguro. Lo necesitarás si alguna vez necesitas iniciar sesión sin tu dispositivo.	
2U64CBFEPP81S6KP5MP1UVRV	
Copie el código	
He registrado con seguridad este código	
Continuar	



6 En el último paso, deberá aceptar el tratamiento de sus datos personales en la plataforma Bora connect®.

		¿como se clacar mis datos personales.	
Contenido de las m	modificaciones de 05/04/22 :		
Actualización del	copital de la empresa		
Sustitución de "So	slución BORA Connect' por 'Solución BORA CARE'.		
Contenido de las e	onmiendas de 22/06/2021 :		
Actualización del	capital de la empresa		
Los usuarios de la s	solución podrán ser informados de los cambios en las CDU po	r comeo electrónico o a través de BORA Connect.	
CONDICIONES DE	uso		
DE LA SOLUCIÓN E	BORA CARE		
Las presentes Cond	dicionos Generales de Uso (DCU) se aplican en su totalidad a o	ualquier uso de la Solución BORA CARE, publicada por BIOSENCY, sociedad	d por acciones simplificada con un capital de 330.370 euros, cuyo domicilio social se
Proceedings en o unis	nor da la cabalita BODA CADE intellas la constantia la	son distanta en el megacie da commerce el des acceses con el maniero aco	THE OF OWN RCS HERITE, FIRTURE (FILL SUCCESSING, SPONDARCE).
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
as COU entran en	vigor con respecto al Usuario el día de su aceptación desde l	a página de apertura de la Cuenta personal del Usuario.	
	ogida y el tratornerno de mui dasos	CONTRACT CANCELIN	
former LEE			
AreAir		Deserved	
Cuadra de manda	Cuadro de mando		
Pacientes	(4. Buice or occurre) Filter por tipo de alerta 💮 🔅		
Médicos	Se #IDT	Sin Gregory KEVES	0000 0
Profesionales sani	Sra. Marie MP-2FM	Sp. Groupory KEVES	0000
EQIA Estats	Sz. Antoine EXN-AD	% PerceloffElio	6809
	Sra. Anne DA-AEV	W Plane BOTTERO	0000
Cuestionarios	Sr. Alber DAARZ	W Plane BOTTERO	0000
Papeles	So. Aire DA-AN	S Plene BOTTERO	0 0 0 0 0
			1
	Sr. Fedinand PD-2FH	% Perresonteso	0000
	Sr. Fendinand FB-2FM Netter 50-8 Elementos por página	Se Perre BOTTERO Página anterior 1 Página a	6 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Enhorabuena, ya está conectado a la plataforma Bora connect®.

Si quiere ver los detalles de cada menú, consulte la segunda parte del manual de usuario. La siguiente sección le guiará sobre cómo tiene que iniciar la televigilancia de un paciente.

2 Televigilancia de los pacientes

Para activar la vigilancia a distancia de los pacientes, empiece creando la cuenta del paciente. La vigilancia a distancia le permite obtener notificaciones visuales cuando los signos vitales de un paciente superan un límite concreto que usted ha configurado.

¿Cómo empezar una sesión «nuevo paciente»?

En el menú de los pacientes, pulse el botón «Añadir».

۲	Harper LEE Pare Air					Desconnect			
2	Cuadra de mondo	Sus pacientes							ARADIB
8	Pasientes								
	http://www.	Filtrar por estado del par	do del pociente						
		Tavoritas	Sin datos desde base 26 h	Con BORA Band	Sin BORA Band				
*	Profesionales sani	Favoritos •							
0	BORA Bands	Género	Nombra	Apellidos	Fecha de nacimiento	Midlos			
	Custosain	543.	Aline	EX2-API	13/070/9467	Fiere ROTTERO	۲	0	0
		9.	Adres	ESSEALD	25/06/1960	Pierre BOTT(EQ		0	0
0	Papeles	94	CHARLES	NGOR	09/05/1985	Crogory #EVES		0	0
								-	

2 Rellene todos los datos sobre el paciente para crear la cuenta. El paciente recibirá un correo electrónico de verificación y podrá configurar su cuenta. El procedimiento de apertura de cuenta para el paciente es idéntico al suyo..

Pulse el botón **CANADIR**. El paciente recibirá inmediatamente un correo electrónico de verificación.

	Pure Par			
1	Cuadro de mando	K VOLVER - Anadrium paciente		
8	Pacientes	Médico principal		
S.	Médicos	Byzcar vn médico:		
*	Profesionales sani	Identidad		
۰	BORA Bands	Celones · Apellioss:		
19	Cuestionarios	Nombre :		
	Papeles	Recha de nacimiento :		
		Lugar de nacimiento :		
		kloma:		
		Contacto		
		Carriso éléctrónico :		
		Prefip Virrende veldere ned.		
		Dirección		
		Número de la calle : 8 Complemento :		
		Nombre de la calle :		
		Chilgo postal: Cludid		
		Palo:		
9,	• 100%	ANADIR		



3 Al crear el paciente, junto a su nombre en la lista de pacientes, pulse el botón () para empezar la televigilancia.

4 Seleccione el dispositivo de vigilancia que se instalará en el paciente y pulse el botón «Si-guiente».

Médico		
Pierre BOTTERO		•
Gregory KEYES	٩	0

ø	Harper LEE Pure Air	Beraconnect			
٢	Cuadro de mando	K VOLVER Asignar un BORA Band a Charles	NGOR		
8	Pacientes		Paso 1/3		
Ŷ,	Médicos	Q Buscar	Elija un sensor para asignar		
*	Profesionales san	Modelo	Número de serie		
٥	BORA Bands	BB-100 BB-100	B36AFC B31AAV		
₽	Cuestionarios	Mostrar 50 B Elementos por página	Página anterior 1. Página siguiente	2 elementos en total	
0	Papeles				

5 Configure las alertas sobre las medidas del paciente que quiera vigilar.

Tenga en cuenta que las alertas están desactivadas por defecto, deberá activar las alertas que quiera ver en el cuadro de mando.

Active las alertas y personalícelas según sus necesidades (en los parámetros de las alertas).

6 Compruebe el dispositivo seleccionado y la configuración de las alertas y confirme para empezar la televigilancia del paciente.

ď	Harper LEE Pure Air	Boraconnect				
٢	Cuadro de mando	K VOLVER Asignar un BORA Band a Charles NGOR				
8	Pacientes	Pas	so 2/3			
Ų,	Médicos	Configure las alertas para la sesión				
*	Profesionales san	Última conexión hace más de 48 h	Número de medidas inferior a 30 en 48 h			
0	BORA Bands	Uso de la pulsera inferior al 60 % del tiempo	Saturación de oxígeno			
Br	Cuestionarios	🕞 Frecuencia cardíaca 🖉	Frecuencia respiratoria			
0	Papeles	+ CREAR UNA ALERTA				

٥	Harper LEE Pure Air	Boraconnect
٢	Cuadro de mando	K VOLVER - Asignar un BORA Band a Charles NGOR
8	Pacientes	Paso 3/3
		Resumen
ų,	Médicos	Pulsera para asignar: BB-100 B36AFG
37		Paciente para equipar: Charles NGOR
×	Profesionales san	3 alertas configuradas:
٥	BORA Bands	Uso de la pulsera inferior al 60 % del tiempo Saturación de oxigeno Frecuencia cardíaca
₽	Cuestionarios	Añadir un comentario al principio de la sesión:
0	Papeles	

7 Tenga en cuenta que puede modificar las alertas del paciente en la sección «Configuración de las alertas» de la página de detalles del paciente.

$\stackrel{0}{\sim}$ Información del paciente	
Configuración de alertas	
🕒 🛞 Última conexión hace más de 48 h	Número de medidas inferior a 30 en 48 h
Uso de la pulsera inferior al 60 % del tiempo	Saturación de oxígeno
🕞 💮 Frecuencia cardíaca	🕞 💮 Frecuencia respiratoria
+ CREAR UNA ALERTA	
🕲 Historial de alertas y comentarios	
쓰 Medidas	



¿Cómo personalizar una alerta?

Hay 2 tipos de alertas disponibles:

1. **Las alertas técnicas** no personalizables, relacionadas con la pulsera, el número de medidas realizadas y la transmisión de los datos.

2. Les alertes cliniques liées à la fréquence respiratoire, à la fréquence cardiaque et au niveau d'oxygène qui peuvent être personnalisées (possibilité de combiner plusieurs alertes et de les configurer en fonction d'une limite fixe ou en fonction d'un pourcentage de variation par rapport à la ligne de base).

Alertas técnicas



Si el aparato no se ha conectado a Bora connect® en las últimas 48 h, se elimina la alerta.

Si el número de signos vitales es inferior a 30 en las últimas 48 horas, se activa esta alerta.

i la pulsera se ha utilizado menos del 60 % del tiempo, se activa esta alerta.

Alertes clínicas

Se puede personalizar una alerta ya existente o bien, crear una alerta nueva.



Poner nombre a la alerta Elegir el signo vital Elegir el umbral de activación de la alerta Añadir una nueva condición	Nombre de la alerta : Saturación de oxígeno Lista de condiciones Saturación de oxígeno * \leq * 92 % () × •

Al pulsar el botón «nueva condición», deberá elegir el tipo de condición que quiere añadir:





Una condición basada en uno o dos límites fijos (p.ej.: la alerta desaparece cuando la saturación es inferior al 95 %).

Tenga en cuenta que la media se calcula en 48 horas.

Una condición basada en uno o dos límites calculados en una variación en relación a la línea de base del paciente (p.ej.: la alerta desaparece cuando la FC tiene una variación del 20 % en relación a la línea de base).

Tenga en cuenta que la media se calcula en 48 horas y que la línea de base se calcula como la media de los últimos 15 días.

Sii se dan varias condiciones en una misma alerta, es posible elegir la opción de activar la alerta con todas las condiciones o solo con una de las condiciones.

En este ejemplo, la alerta se activará si la saturación de oxígeno es inferior o igual al 92 % O si la frecuencia es inferior o igual a 35 bpm o superior o igual a 100 bpm.

Lista de condiciones

	Saturación de oxígeno ⁺ ≤ ⁺ 92 % ♀
	Frecuencia cardíaca 🐩 < 35 bpm 🗘 o > 100 pm 🗘 🗙 0
	NUEVA CONDICIÓN
La	alerta se activará si:
0	Una de estas condiciones está rellena
\bigcirc	Todas estas condiciones están rellenas



¿Cómo parar una sesión de vigilancia de un paciente?

Para parar la televigilancia del paciente simplemente hay que pulsar el botón).
Fecha de la última conexión: miércoles, 20 de octubre de 2021 2:00	B36AAV
Periodo de teleseguimiento : 16/03/2023 (7 días) * Parar el teleseguimiento	
& Información del paciente	
Configuración de alertas	

¿Cómo visualizar las alertas?

En el menú «Cuadro de mando» se pueden comprobar las alertas de los pacientes.

Los pacientes cuyas características han activado una alarma aparecen con un indicador rojo en la parte superior del cuadro de mando.

Tenga en cuenta que las alertas se clasifican en orden cronológico.

ø	Jacques DUCHEMIN Airlitheme			Boraconnect		
۵	Cuadro de mandos	Cuadro de mandos				
8	Pacientes	Q Buscar un paciente	Filtrar por tipo de alerta 📀 💿 🤇	0		
ų,	Médicos	Ms Marie STUART	8	Pierre BOTTERO	000	0
×		Mr Michel POLNANEF	Å	Pierre BOTTERO	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	0
X	Lista de profesionales sanitarios	Mr Pierre PETIT	Υ.	Carlos RUIZ ZAFON	() () ()	0
0	BORA Bands	Ms Caroline GENTIL	Ŷ	Carlos RUIZ ZAFON	0000	0
₽	Cuestionarios					
0	Papeles					

El símbolo de alerta activado es diferente dependiendo de los parámetros en cuestión:

•	La alerta está relacionada con un problema técnico: Llevar la pulsera < 60 % del tiempo, escaso contenido de datos (>30 en 48 h), ausencia de conexión durante 48 h.
Oz	La alerta está relacionada con el nivel de oxígeno del paciente.
	La alerta está relacionada con la frecuencia cardíaca del paciente.
<i>(</i> 7)	La alerta está relacionada con la frecuencia respiratoria del paciente.



Es posible filtrar por el tipo de alerta para ver solo las que le interesan.

uadro de mandos	
Q Buscar un paciente	Filtrar por tipo de alerta 💮 🏷 💿 🚳
Ms Marie STUART	V Pierre BOTTERO
Mr Michel POLNANEF	Ve Pierre BOTTERO
Mr Pierre PETIT	상 Carlos RUIZ ZAFON
Ms Caroline GENTIL	😌 Carlos RUIZ ZAFON

09/07/2022 9:26 AM

04/10/2022 12:23 AM

Última conexión hace más de 48 horas

¿Cómo solucionar una alerta?

 Seleccione un paciente para el que se ha activado una alerta. Verá el historial de la alerta del paciente y los comentarios escritos por otros profesionales sanitarios para ayudarle a obtener un historial de seguimiento de acciones..



....

Ø

2 Las alertas activas se muestran en rojo y las alertas solucionadas en gris.

3 Pulse el botón cerrar (es obligatorio añadir un comentario) y luego, pulse



(i)

•

4 La alerta se ha cerrado y ahora aparece en gris.

Harper LEE	Historial de alertas y comentai Ninguna alerta	Boraconnect ios de Aline EXA-AFI	
0			
09/07/2022 9:26 (Última conexión hace más de 48 horas		(c)
04/10/2022 12:23 (Número de mediciones inferior a 30 en 48 horas		• • •
03/31/2022 1:23	Frecuencia respiratoria		()
03/25/2022 3:23	Frecuencia respiratoria		()
03/24/2022 7:23	Frecuencia respiratoria		(5) (5)

Nota: puede cerrar varias alertas al mismo tiempo con la ayuda del botón situado arriba a la izquierda.

Marque las alertas que quiera cerrar y pulse el botón (CERRAR (I ALERTA)).

Harper	r LEE		Bo	praconnect	8
			Historial de alertas y comentarios de Número de alerta: 2	Aline EXA-AFI	
0					
	09/07/2022 9:26	þ	Última conexión hace más de 48h		
	04/10/2022 12:23	þ	Número de mediciones inferiores a 30 en las últimas 48 horas	000	
	03/31/2022 1:23	þ	Frecuencia respiratoria		
	03/25/2022 3:23	þ	Frecuencia respiratoria		
	03/24/2022 7:23	þ	Frecuencia respiratoria rate		tel
		1			
					CERRAR (I ALERTA)
1000					

¿Cómo comentar una alerta/seguir el historial de un paciente?





2 El comentario aparecerá debajo de la alerta.

3 Pulse el botón 🕟 para

mostrar los comentarios.

Historial de alertaria 09/07/2022 926 Ultima conexión hace más de 48 horas 09/07/2022 926 Vinero de mediciones inferior a 30 en 48 horas 03/13/2022 122 Frecuencia respiratoria Frecuencia re	Harper LEE			Boraconnect	
09/07/2022 926 Ultima conexión hace más de 48 horas Image: Co			Historial de alertas y comentario Ninguna alerta	os de Aline EXA-AFI	
09/07/2022 926 Ultima conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 04/10/2022 1223 Número de mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 1223 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas Image: Conexión hace más de 48 horas 03/01/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Conexión hace más de 48 horas Image: C	0	Ļ			
04/0/2022 1223 Numero de mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas 03/35/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas 03/35/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas 03/25/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas 03/24/2022 723 Frecuencia respiratoria Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas Image: Constraint of the mediciones inferior a 30 en 48 horas	09/07/2	2022 9:26	Ultima conexión hace más de 48 horas		(i)
03/33/2022 123 Frecuencia respiratoria Image: Constraint of the second sec	04/10/2	2022 12:23	Número de mediciones inferior a 30 en 48 horas		
03/25/2022 323 Frecuencia respiratoria S S S C S A	03/31/	/2022 1:23	Frecuencia respiratoria		()
03/24/2022 7:23 O Frecuencia respiratoria O O O O O	03/25/	2022 3:23	Frecuencia respiratoria		(i)
	03/24/2	2022 7:23	Frecuencia respiratoria		(
		Ī			
			09/07/2022 9:26	Ult	
09/07/2022 9:26 Últ					
09/07/2022 9:26 🕠 Últ					
09/07/2022 9:26 🕠 Últ					

09/07/2022 Harper LEE

iones inferiores a 30 en las

Reiniciar la caja Bora

000

¿Cómo visualizar los datos clínicos relacionados con la alerta?

04/10/2022 12:23



Pulse el botón operator para ver los datos del paciente sobre la alerta.





¿Cómo desinfectar un Bora band (R)?

Al terminar la sesión de televigilancia, la pulsera Bora band® utilizada para la sesión se pondrá automáticamente en estado «Para desinfectar».

Para poder adjudicar la pulsera Bora band® a un nuevo paciente, debe confirmar la desinfección de la pulsera Bora band®.

Seleccione en la lista la o las pulseras Bora band(s)® para desinfectar.

BB-100 BB-100 Strar (50 \$) reparació pdelo lingún dato	Elementos por página IN Número do serie	B36AAV Página a Estado de mantenin	nterior 1 Pàgina siguiente miento	Comentario	2 elementos en tota
3B-100 3B-100 strar (50 ¢) a reparació	Elementos por página IN Número de serie	B36AAV Página ar Estado de mantenin	nterior 1 Păgina siguiente miento	Comentario	2 elementos en tota
3B-100 3B-100 strar (50 🗘	Elementos por página IN	B36AAV Página ar	nterior 1 Página siguiente	G	2 elementos en tota
3B-100 3B-100 strar 50 🗘	Elementos por página	B36AAV Página a	nterior 1 Página siguiente	٢	2 elementos en tota
3B-100 3B-100		B36AAV		٢	
3B-100				-	
		B3IAAV		0	
odelo		Número de serie			
ira desinfe	ctar				
strar 50 🕄	Elementos por página	Página ar	nterior 1 Página siguio e	C	13 elementos en tota
IB-100	B36AFG B38ALO	Vincent EXA-ALO	25/02/2023		
3B-100	B38ALW	Ambroise EXA-ALW	24/01/2023		0
3B-100	BBBAAB	Aline EXA-AFI	23/02/2022		0
3B-100	B36AIJ	Baptiste EXA-AIJ	24/01/2023	•	0
3B-100	B31AAU	Ferdinand FB-JFM	19/05/2021		0
	BBBAAA	Anne EXA-AEV	23/02/2023		0
3B-100		Malle MF-JFM	23/02/2023	•	۲
IB-100 IB-100	B36ACZ	Maria ME 7EM			

 Pulse en el botón para empezar la desinfección.

3 En la siguiente pantalla, confirme que ha realizado cada paso para terminar la desinfección.

Además puede añadir un comentario.

SELECCIÓN EN CURSO		
1 BORA Band(s) seleccionadc	(S) ACTUALIZAR	

VOLVER 1 BORA Band(s) seleccionado(s)
Marcar el[los] BORA Band(s) como desinfectado(s) :
El BORA Band se ha desinfectado.
] La pulsera del BORA Band se ha cambiado
] La caja de transporte se ha comprobado. Contiene un manual de usuario, unas instrucciones de uso rápido, una pulsera de recambio y un cargador.
] Se ha comprobado el estado de la caja de transporte, de la carcasa del BORA Band, del cargador, del manual de usuario y de las instrucciones de uso rápido.
mentario
NVIAB
Marcar el[los] BORA Band(s) como desinfectado(s) :
2 El BORA Band se ha desinfectado.
2 La pulsera del BORA Band se ha cambiado
2 La caja de transporte se ha comprobado. Contiene un manual de usuario, unas instrucciones de uso rápido, una pulsera de recambio y un cargador.
Se ha comprobado el estado de la caja de transporte, de la carcasa del BORA Band, del cargador, del manual de usuario y de las instrucciones de uso rápido.

Cuando haya desinfectado su Bora band®, estará disponible para la próxima sesión de televigilancia.

para

Pulsar el botón

confirmar la desinfección.

Y hasta aquí la sección en la televigilancia de los pacientes. El siguiente paso es la visualización de los gráficos y datos clínicos del paciente.



3 Las medidas del paciente

Bora connect® le permite consultar los parámetros fisiológicos de los pacientes.

Acceda a la página de los detalles del paciente haciendo clic en el icono (00).

Para un paciente con un Bora band®, tendrá acceso al nivel de oxígeno, a la frecuencia respiratoria, a la frecuencia cardíaca, a la duración de la actividad y al número de pasos.

¿Cómo conÞgurar la interfaz de datos clínicos de Bora connect (R)?





Para pasar de un modo a otro, en los parámetros del gráfico pulse el botón 🔹 .

Parámetros Exportar PDF			Parámetros avanzados
Visualización			
Vista :	MES	SEMANA	DÍA
Medidas :	(24h	No.	
\bigcirc	26/03/2023	- 27/03/2023	\odot
O2 100 - Mediane: 99.0 %	1 <u>, 1</u>	100 20 100 100 100 100 20 20 100 100	O2 Sintesis (medidas24 medidas24 24h

Seleccione el modo que prefiera:

Mod	lo de visualización	
0	Estándar	Cuartil 3 Mediana Cuartil 1
۲	Avanzado	Percentil 95 Cuartil 3 Mediana Percentil 5



Podrá modificar el orden de visualización de los gráficos con una simple operación de arrastrar en la siguiente lista.

Modificar los gráficos que se quieren mostrar	
≡ Saturación de oxígeno	-
≡ Frecuencia respiratoria	-
≡ Frecuencia cardíaca	
Temperatura	
≡ Actividad	-
≡ Número de pasos	-

También puede activar o desactivar la visualización de un gráfico en concreto. Solo tiene que pulsar el botón del gráfico correspondiente.

MODE ESTÁNDAR

A continuación, la representación de la frecuencia cardíaca de un paciente en modo estándar.





MODO AVANZADO

A continuación, la representación del nivel de oxígeno de un paciente en modo avanzado. Las medidas se representan mediante un diagrama de caja.



CONFIGURACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN

Visualización			
Vista :	MES	SEMANA	DÍA
Medidas :	(24h		J

El menú de visualización permite cambiar entre la visualización del mes, de la semana o del día.

También podrán mostrarse solo los valores diurnos o nocturnos para centrarse en un periodo específico del día.

24h	Modo por defecto: se muestran todos los valores.
淡	El modo diurno muestra las medidas tomadas entre las 8:00 h y las 23:00 h.
\bigcirc	El modo nocturno muestra las medidas tomadas entre las 23:00 h y las 8:00 h.



NAVEGACIÓN POR EL GRÁFICO

Pulse el botón de selección de la fecha para elegir el periodo que quiera ver.



¿Cómo exportar un PDF desde la plataforma?

1 Pulse el botón para ex-	් Histo	rial de alertas y comenta	irios				
portar las medidas.		₩ Medidas					
		PDF	Parámetros avanzados				
		ación					
		Vista :	MES	SEMANA	DÍA		
		Medidas :	24h		J		
2 Seleccione el periodo de medidas que quiere exportar:	< VOL	VER Exportar los	datos sanitarios p	ara Aline EXA-AFI			
• Completo: para exportar todas las medidas del paciente.		Seleccionar el periodo de exportación					
		Completo					
•Por sesiones: seleccione entre las	0	Por sesiones					
diferentes sesiones de control del paciente				ento 🔻			
• Por fechas: seleccione una fecha de	0) Por fechas					
inicio y una fecha de finalización.							
	ini;	forme anónimo? 🌘					



3 La exportación PDF puede hacerse de forma anónima. Solo hay que pulsar el botón

¿Informe anónimo? 🦲

y su género.

Seleccionar el periodo de exportación 0 Completo 0 Por sesiones El nombre del paciente se reemplazará por sus iniciales, su edad \bigcirc fechas Fecha de finaliz 27/03/2023 23/02/2022 ¿Informe anónimo? específico que se incluirá en la Comentario

exportación.

Podrá añadir un comentario

Δ Pulse el botón validar empezar la para exportación PDF.

En breve, recibirá una exportación PDF en su correo electrónico. Aquí encontrará un ejemplo de exportación PDF:

Selec	Seleccionar el periodo de exportación						
۲	Completo						
\bigcirc	O Por sesiones						
		dos de teleseguimiento 🔻					
\bigcirc	Por fechas						
in) El r Comer Expo	23/02/2022 27/03/2023 ¿Informe anónimo? C El nombre del paciente se reemplazará por sus iniciales, su edad y su género. Comentario Exportación de la última sesión de control						
VALI	DAR						





La exportación PDF utilizará sus parámetros gráficos actuales para el archivo PDF. Modifique sus parámetros de visualización actuales para modificar la exportación PDF.

¿Cómo crear una encuesta en Bora connect (R)?

Puede enviar un cuestionario a los pacientes que utilicen la aplicación móvil Bora connect®.

Desde el menú de cuestionarios se puede crear un sondeo para los pacientes.

Pulse el botón ANADIR .

							\mathbf{i}	
н	arper LEE mency			Boraconr	nect			
Ĵ	Cuadro de mando	Cuestionarios						ADIR
8	Pacientes	Q Buscar						
2	Médicos	Apellidos	Тіро	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Frecuencia		
		Survey direct 0\/2023	Direct	12 die ene. die 2023	13 de ene. de 2023	Diario	0	
X	Profesionales sanitarios	BCD-1773	BPCO-WQ11	2 de ene. de 2023	6 de ene. de 2023	Diario	0	
		test VQII	BPCO-VQ1	2 de ene. de 2023	2 de ene. de 2023	Diario	0	
٩.	BORA Bands	VQII test bug review	BPCO-VQII	27 de dic. de 2022	1 de ene. de 2023	Diario	0	
	Cuestionarios	Démo DIRECT	Direct	1 de jun. de 2022	2 de jun. de 2022	Diario	0	
	Categorian Constanting State	Test survey ong 7	BPCO-VQ11	1 de jun. de 2022	1 de jun. de 2022	Diario	0	
0	Papeles	Test survey cng 6	BPCO-WQ11	1 de jun. de 2022	1 de jun. de 2022	Diario	0	
		Test survey ong 5	BPCO-VQ1	1 de jun. de 2022	1 de jun. de 2022	Diario	0	
		Questionnaire pour patient atteint de BPCO	BPCO-VQ1	2 de may. de 2022	1 de jun. de 2022	Semanal	0	
		Exascore survey	Exascore	10 de feb. de 2022	11 de feb. de 2022	Diario	0	
		Test survey ong 4	Exascore	10 de feb. de 2022	10 de feb. de 2022	Diario	0	
Q.	100%	Test survey ong 3	Exascore	10 die feb. die 2022	10 de feb. de 2022	Diario	0	
		Test survey cng 2	Exascore	9 de feb. de 2022	9 de feb. de 2022	Diario	0	
ø	Parámetros	Test survey cng	Exascore	9 de feb. de 2022	9 de feb. de 2022	Diario	0	
		E-learning	BPCO-VQ11	2 de feb. de 2021	13 de feb. de 2021	Cada dos días	0	
e	Desconexión	Denis	Exascore	5 de ene. de 2021	6 de ene. de 2021	Diario	0	
dn:2	8.2-rc1-staging	Alex exascore	Exascore	1 de dic. de 2020	9 de dic. de 2020	Diario	0	
							-	

2 Introduzca un nombre para el cuestionario, seleccione el tipo de sondeo y su frecuencia.

Tipe :		*	Precuencia :
			Fecha de finalización :
Lista de pacientes			
Q Buscar			
E Cénero		Apellidos	Fecha de nacimiento
Sra.	Perelle	Cécile	16 de feb. de 1949
Sr.	Jean	JE-JEM	22 de sep. de 1967
Sr.	Aubin	SAHALOR	9 de sep. de 1939
Sra.	Annie	AMD-FLG	11 de jul. de 1938
Sra.	Marie	MF-JFM	19 de may. de 1950
Sra.	Catherine	CG-FLG	31 de ene. de 1960
Sr.	Jose	JB-JCC	19 de mar. de 1953
Sr.	James	BOND	23 de feb. de 2011
Sr.	×	xz	3 de feb. de 1999
Sra.	Claire	Joconde	13 de feb. de 1951
Sr.	2222	TEST patient	13 de may. de 2019
50.	Test2	TEST	16 de feb. de 2016
Sr.	Test	TEST necker	2 de feb. de 1955
Sr.	Adam	EXA-AET	23 de may de 1951

Hay 3 tipos de cuestionarios disponibles:



Seleccione la frecuencia del cuestionario:



3 Seleccione una fecha de inicio y una de finalización:

< VOLVER Añadir un cuestionario		
Tipo: Direct •	Frecuencia : Diario	
Fecha de inicio : 27/03/2023	Fecha de finalización :	

Por último, seleccione los pacientes que recibirán el cuestionario. Pulse en los pacientes en la lista.

Pulse el botónn **pour** pour para confirmar la creación del cuestionario.

Tipo: Direct		♥ Diari	nos) 2
		Fech	a de finalización :
Lista de pacientes			
R Buscar			
E Género	Nombre	Apellidos	Fecha de nacimiento
Sra.	Perelle	Cécile	16 de feb. de 1949
Sr.	Jean	JF-JFM	22 de sep. de 1967
Sr.	Aubin	SAHALOR	9 de sep. de 1939
Sra.	Annie	AMD-FLG	11 de jul. de 1938
Sra.	Marie	MF-JFM	19 de may. de 1950
Sra.	Catherine	CG-FLG	31 de ene. de 1960
Sr.	Jose	JB-JCC	19 de mar. de 1953
Sr.	James	BOND	23 de feb. de 2011
Sr.	×	XZ	3 de feb. de 1999
Sra.	Claire	Joconde	13 de feb. de 1951
Sr.	2000	TEST patient	13 de may, de 2019
Sra.	Test2	TEST	16 de feb. de 2016
Sr.	Test	TEST necker	2 de feb. de 1955
Sr.	Adam	EXA-AET	23 de may. de 1951
Sra.	Aline	EXA-AFI	13 de jul. de 1957
Sr.	Adrien	EXA-ALO	25 de jun. de 1960
Sr.	Alban	EXA-AEZ	14 de may, de 1953

5 La próxima vez que un paciente abra Bora connect® móvil, aparecerá una notificación de sondeo y le pedirá que responda al cuestionario.





El paciente puede responder al cuestionario desde su teléfono:



6 Puede consultar las respuestas del paciente en la página detallada con los gráficos de las medidas.

Qualité de vie			
Date	Туре	Score	
24/02/2020	Direct	17	0
01/04/2020	Direct	21	0
02/04/2020	BPCO-VQ11	31	۲
10/02/2021	Exascore	15	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline \end{tabular}$

Pulse el botón para consultar lasrespuestas de los pacientes para cada cuestionario.

.





Médicos

Esta página muestra todos los médicos que están asociados a esta estructura. Puede consultar la información detallada del médico pulsando el botón 💿 .

Si quiere añadir un médico, contacte con el servicio de atención al cliente de Biosency.

Lista de médico	s								
Q Buscar									
Nombre	Apellidos	Género	Correo electrónico		Número profesional	Número de teléfono móvil		Fecha de creación	
Gregory	Keyes	Sr.	gregory.keyes.bio@yopmail.com			+33655443322		4 de feb. de 2020	
Pierre	Bottero	Sr.	pierre.bottero.bio@yopmail.com			+33766554433		4 de feb. de 2020	0
Mostrar 50 🛊 Eler	ementos por página				Página anterior 1 Página siguiente				2 elementos en total
Lista de servicio	S								AÑADIR
Q Buscar									
Apellidos				Descripción	Fecha de creación				
Chu Grenoble					12 de mar. de 2021		0	0	0
Pneumo Lyon					12 de oct. de 2021		0	0	0
APHP BICHAT					22 de abr. de 2021		0	0	0
InterMedCon					7 de ene. de 2022		0	0	0
Service Pneumo C	CH Annecy				1 de jul. de 2022		•	0	0
Mostrar 50 🛟 Eler	mentos por página				Página anterior 1 Página siguiente				5 elementos en total



Lista de servicios

Puede crear un servicio que reúna a varios médicos. A continuación, se puede asociar un servicio a un paciente. Todos los médicos del servicio podrán consultar los datos del paciente.

Para crear un servicio, pulse el botón (ANADIR).

Lista de servicios								ŇADIR
Q Buscar								L
Apellidos			Descripción	Fecha de creación				
Chu Grenoble				12 de mar. de 2021		0 0	0	
Pneumo Lyon				12 de oct. de 2021		0 0	Ŏ	
APHP BICHAT				22 de abr. de 2021		0 0	0	
InterMedCon				7 de ene. de 2022		0 0	0	
Service Pneumo CH	Annecy			1 de jul. de 2022		• •	0	
Mostrar 50 🛟 Eleme	entos por página			Página anterior 1 Página siguiente			5 elementi	o en total
< VOLVER Añadi								
Apellidos :								
Descripción :								
Lista de médicos								
Q Buscar								
Nombre	Apellidos	Género	Correo electrónico	Número profesional	Prefijo	Número de teléfono móvil		
Gregory	Keyes	Sr.	gregory.keyes.bio@yopmail.com		+33	655443322		
Pierre	Bottero	Sr.	pierre.bottero.bio@yopmail.com		+33	766554433		
Mostrar 50 🗘 Elem	nentos por página			Página anterior 1 Página siguiente			2 elemento:	s en total
AÑADIR								

Introduzca un nombre para el servicio. Se puede añadir también una descripción.



Seleccione los médicos que quiere añadir al servicio pulsando en los elementos de la lista.

Apellidos :							
Descripción :							
Lista de médicos							
Q Buscar							
o Nombre	Apellidos	Género	Correo electrónico	Número profesional	Prefi	Número de teléfono móvil	
Gregory	Keyes	Sr.	gregory.keyes.bio@yopmail.com		+33	655443322	
Pierre	Bottero	Sr.	pierre.bottero.bio@yopmail.com		+33	766554433	
Mostrar 50 🗘 Elem	entos por página			Página anterior 1 Página siguiente			2 elementos en total
AÑADIR				K			

Pulse el botón (ANADIR) para confirmar la creación del servicio.

Acteurs de santé

Esta página le permite gestionar la creación de cuentas de profesionales sanitarios.

Pulse el botón **CANADIR** bouton pour ajouter un nouveau compte.

Lista de prof	esionales sanitarios							Y	AÑADIR
Q Buscar									
Nombre	Apellidos	Género	Correo electrónico	Número de teléfono móvil	Fecha de creación	Autor			
Harper	LEE	Sr.	harper.lee.bio@yopmail.com	+33655468990	4 de feb. de 2020		•		
Charles	Ngor	Sr.	charles@biosency.com		22 de jul. de 2021	Harper LEE	•	0	0
Laura	Colin	Sra.	laura.colin@biosency.com		7 de sep. de 2021	Harper LEE	•	0	0
Jean	BAMBOIS	Sr.	jean.bambois@yopmail.com	+33644556678	4 de may. de 2020	Harper LEE	•	0	0
Toom	DE SAVOIE	Sr.	tom.desavoie@yopmail.com	+33611223344	4 de may. de 2020	Harper LEE	•	0	0
Chantal	ASTARAC	Sra.	chantal.astarac@yopmail.com	+33644553377	4 de may. de 2020	Harper LEE	•	0	0
Ella	DEBONZIEUX	Sra.	ella.debonzieux@yopmail.com	+33644556677	4 de may. de 2020	Harper LEE	•	0	0
Gilles	Giannoli	Sr.	mbr.biosency@yopmail.com		3 de feb. de 2021	Harper LEE	•	0	0
Haloui	Houda	Sra.	houda.haloui@gmail.com		3 de feb. de 2021	Harper LEE	•	0	0
Sylvain	Magnin	Sr.	sylvain.magnin@biosency.com		8 de abr. de 2021	Harper LEE	•	0	0
sophie	infirmiere	Sra.	dksek@djr.com	+33687879909	17 de may. de 2021	Sylvain MAGNIN	•	0	0
Yannick	Nouet	Sr.	yannick.nouet@biosency.com		19 de may. de 2021	Gilles GIANNOLI	•	0	0
azur	02	Sr.	azur.o2@yopmail.com		15 de feb. de 2022	Harper LEE	•	0	0
Edith	PIAF	Sra.	epiaf@hotmail.fr	+33	2 de mar. de 2022	Harper LEE	•	0	0
Billy	SOPTEKEU	Sr.	bsoptekeu@intermedcon.com		8 de abr. de 2022	Harper LEE	0	0	0
Billy	Soptekeu	Sr.	bsoptekeu@yopmail.com		12 de abr. de 2022	Harper LEE	0	0	0
Jiggles	Mister	Sr.	mr.jiggles@yopmail.com		12 de abr. de 2022	Harper LEE	0	0	0
Sylvain	Italian	Sr.	sylvain.italian@yopmail.com		7 de jun. de 2022	Harper LEE	•	0	0
ААА	Test	Sr.	AAA@sfr.fr		1 de jul. de 2022	Harper LEE	۲	0	0
m	Ш	Sra.	jjj@jj.fr	+376	7 de mar. de 2023	Harper LEE	•	0	0
Mostrar 50 🛊	Elementos por página			Página anterior 1 Página siguie	nte			20 eler	mentos en tota



< VOLVER Añadir un profesional sanitario	
Género :	•
Idioma :	•
Apellidos :	
Nombre :	
Correo electrónico :	
Prefijo : Vúmero de teléfono móvil :	
Perfil :	•
AÑADIR	

Seleccione un papel para la cuenta del profesional sanitario.

Technicien respi C StructurePharmacist C
StructurePharmacist
StructureTechnician
Technicien
Röle Technicien C
sylvain
RespTechnique
acteur de santé
Pharmacien C

Los papeles pueden configurarse en la página Papeles. Los papeles le permiten otorgar permisos específicos para los profesionales sanitarios.

Pulse el botón **ANADIR** para añadir un profesional sanitario.



Papeles

Esta página permite gestionar la creación de papeles para los usuarios que son profesionales sanitarios. Los papeles le permiten otorgar permisos específicos para los usuarios que son profesionales sanitarios. Pulse el botón

Liste des rôles					DOEA	UTER
Q Rechercher						L.
Nom	Description					
Rôle Administrateur	Tous les accès		0	0	C	
Technicien respi			0	0	B	
StructurePharmacist	Structure pharmacist		0	0	B	
StructureTechnician	Structure technician		0	0	C	
Technicien	Technicien		0	0	B	
Rôle Technicien	Gestion Patients et Bracelets		0	0	0	
sylvain	technicien respi		0	0	B	
Resp Technique			0	0	B	
acteur de santé			0	0	B	
Pharmacien	Accès données patients		0	0	B	
VOLVER Afadir un perfil Apellidos: Descripción:				<		J
Seleccionar los permisos						
Q. Buscar						_
Apellidos Gestionar pacientes	Descripción Acceder a la lista de pacientes Crear un paciente Iniciar una seción de teleseguimiento o paras Acceder a la lista de BOAR Band Acceder a la disto de BOAR Band Acceder a la disto de Indicios Modificar un paciente Crear un servicio Modríar un servicio Acceder a la lista de médicos Acceder a la lista de médicos de un servicio Acceder a la lista de servicios	r una sesión de teleseguimiento				
Eliminar pacientes		Acceder a la lista de pacientes Acceder a los datos del paciente Eliminar un paciente				
Datos relativos a los pacientes y los cuestionarios de calidad de vida		Acceder a la lista de pacientes Acceder a la lista de cuestionarios de calidad Acceder a las respuestas de un cuestionario Acceder a los datos del paciente	l de vida de calidad de vida			
Datos relativos a los médicos		Acceder a la lista de pacientes Acceder a la lista de médicos Acceder a la página de un médico y su lista e Crear un servicio Modificar un servicio Eliminar un servicio Acceder a la lista de médicos de un servicio Acceder a la lista de servicios	de pacientes			



Seleccione los permisos que quiere conceder a este nuevo papel pulsando en los elementos de la lista.

< VOLVER Añadir un perfil	
Apellidos :	
Descripción :	
Seleccionar los permisos Q Buscar	
Apellidos	Descripción
Gestionar pacientes	Acceder a la lista de médicos Crart un pasiente Iniciar una sesión de teleseguimiento o parar una sesión de teleseguimiento Accedera la lista de BORA Band Accedera los datos del palcinte Accedera los datos del palcinte Accedera la lista de médicos Modificar un parciente Crar un servicio Hodificar un servicio Accedera la lista de médicos
Eliminar pacientes	Acceder a la lista de pacientes Acceder a los datos del paciente Eliminar un paciente
Datos relativos a los pacientes y los cuestionarios de calidad de vida	Acceder a la lista de pacientes Acceder a la lista de ucuestionarios de calidad de vida Acceder a las respuestas de un cuestionario de calidad de vida Acceder a los datos del paciente
Datos relativos a los médicos	Acceder a la lista de pacientes Acceder a la lista de médicos Crear un servicio Modificar un servicio Eliminar un servicio Acceder a la lista de médicos de un servicio Acceder a la lista de médicos de un servicio
	Acceder a la lista de profesionales sanitarios Crear un profesional sanitario Montificar un ordenismal sanitario

Pulse el botón

AÑADIR para confirmar la creación del papel.



Bora band®

Esta página permite gestionar su flota de Bora band®.

Las pulseras Bora band® se clasifican en 4 estados:

Disponible	La pulsera está lista para adjudicarse a un paciente.
Asignada	La pulsera está lista para asignarse a un paciente.
Para desinfectar	La pulsera debe desinfectarse antes de poder adjudicarse a un nuevo paciente.
En mantenimieto	La pulsera se está analizando o reparando en Biosency.

BORA Bands					
Q. Buscar					
Disponibles					
Modelo		Número de serie			
Ningún dato					
Mostrar 50 🛟 Elem	nentos por página				0 elementos en total
Asignados					
Modelo	Número de serie	Paciente	Fecha de asignación		
BB-100	B36AIQ	Antoine EXA-AlJ	20/01/2022		
BB-100	B36ACZ	Marie MF-JFM	23/02/2023		•
BB-100	BBBAAA	Anne EXA-AEV	23/02/2023		
BB-100	B31AAU	Ferdinand FB-JFM	19/05/2021		•
BB-100	B36AIJ	Baptiste EXA-AIJ	24/01/2023		•
BB-100	BBBAAB	Aline EXA-AFI	23/02/2022		•
BB-100	B38ALW	Ambroise EXA-ALW	24/01/2023		•
BB-100	B36AFG	Alban EXA-AEZ	23/02/2023		•
BB-100	B38ALO	Vincent EXA-ALO	24/01/2023		
Mostrar 50 🛊 Elem	nentos por página		Página anterior 1 Página siguiente	1	3 elementos en total
Para desinfectar					
Modelo		Número de serie			
BB-100		B3IAAV		۲	
BB-100		B36AAV		٢	
Mostrar 50 🗘 Elem	nentos por página		Página anterior 1 Página siguiente		2 elementos en total
En reparación					
Modelo	Número de serie	Estado de mantenim	iento	Comentario	
Ningún dato	nontes per página				
Mostrar 50 Elem	nentos por pagina				J elementos en total

Pulse el botón () para asignar la pulsera a un paciente.



Pulse el botón o para consultar los detalles de la pulsera Bora band®..

ORA Bands				
L Buscar				
sponibles				
lodelo	Número de serie			
3B-100	B3IAAV)
38-100	B36AAV			
< VOLVER				
During the P				
Detailes del Bo	JRA Band		•	
Modelo: BB-100 Número de ser) ie: B36AAV	Estado: Estado de mantenimiento:	Disponible Ninguno	
		Fecha de adjudicación:	04/02/2020	
Eventos del BO)RA Band			
Fecha *	Mensaje		Autor	
27/03/2023 13:23:4	7 Comentario		Harper LEE	
	dffr			
27/03/2023 8:22:15	Retirada del BORA Band Final del periodo de teleseguimiento para ^I	Ff RT	Harper LEE	
16/03/2023 11:21:03	Asignación del BORA Band	a FF RT	HarperLEE	
16/03/2023 11:12:09	BORA Band desinfectado		Harper LEE	
16/03/2023 11:10:33			Harper LEE	
13/03/2023 14:51:57	, Retirada del BORA Band Final del periodo de teleseguimiento para .	Adam EXA-AET	Harper LEE	
07/03/2023 14:44:	15 Asignación del BORA Band	a Arlam EYA.AET	Harper LEE	
23/02/2023 11:06:0	9 BORA Band desinfectado	a Product of Autors (Price)	Harper LEE	
23/02/2023 11:04:2	2 Retirada del BORA Band	Charles NCOD	Harper LEE	
07/02/2023 12:49:3	Asignación del BORA Band	CIBIRS INCOM	Harper LEE	
06/12/2022 10:25:2	5 BORA Band desinfectado	a Charles NGOR	Sylvain MAGNIN	
06/12/2022 10:23:3	Retirada del BORA Band		Sylvain MAGNIN	
	Final del periodo de teleseguimiento para A Asignación del BORA Band	Adrien EXA-ALO		
06/09/202216:04:	Incio del periodo de teleseguimiento para	a Adrien EXA-ALO	Harper LEE	
01/06/2022 9:01:58	BORA Band desinfectado		Harper LEE	
01/06/2022 9:01:04	, Retirada del BORA Band Final del periodo de teleseguimiento para	Test TEST NECKER	Harper LEE	
01/06/2022 8:54:5	Asignación del BORA Band	Tost TEST NECKED	Harper LEE	

Puede consultar los detalles de la pulsera Bora band®: modelo, número de serie, estado, fecha de atribución a la estructura.

Un cuadro de eventos mostrará todos los eventos de Bora band® (asignación al paciente, modificación del estado).



Parámetros

Esta pestaña le permite gestionar los datos y parámetros personales.

Bon connection Version: 28.24/1-damo VDD Websenry.com VDD Websenry.com VDD Websenry.com PAGES SETTINGS.ABOUTMAN PAGES SETTINGS.ABOUTMAN PAGES SETTINGS.ABOUTMAN PAGES SETTINGS.ABOUTMAN	2-rc1-demo UAL_DOC <u>www.doc.bora-connect.com</u> UAL_CONTACT	BIOSENCY I3 rue Claude CHAPPE B3510 Cesson-Swigne Francia 2023-03 E C E 2797
요 Información personal		
Género : Sr		
kloma: Español		
Apellidos : LEE		
Nombre : Harper		
Correo electrónico : harper.lee.bio@yopmail.com		
Prefjo: Francia (+33)	Nümero de talifono móvil : 655468990	
ACTUALIZAR		
Autentificación REINICIAR EL APARATO ASOCIADO SOLICITUD DE CAMBIO DE CONTR	asena	
Confidencialidad		

Puede modificar su identidad, su dirección de correo electrónico y modificar el idioma de la interfaz. Pulse el botón **ACTUALIZAR** para confirmar los cambios.

Autenticación multifactor

Pulse el botón (REINICIAR EL APARATO ASOCIADO) para cambiar el número de teléfono asociado a su cuenta

(el número de teléfono al que recibe el código de un solo uso para la autenticación).

Cuando se vuelva a conectar a Bora connect ® deberá indicar un nuevo número de teléfono.

Contraseñade

Pulse el botón **Solicitud de cambio de contraseña** para solicitar un cambio de contraseña. Recibirá un correo electrónico con un enlace para cambiar la contraseña.



¿Contraseña olvidada?

Si quiere modificar la contraseña o si se le ha olvidado, podrá solicitar un cambio de contraseña en la página de conexión.

Pulse en «¿Contraseña olvidada?». Se le enviará un correo electrónico con un enlace para cambiar la contraseña.

Si tiene problemas para cambiar la contraseña, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Biosency (ver al final del manual de usuario).

÷ .		
	Boraconnect	
	yours@example.com	
	🗄 tu contraseña 💿	
10	¿No recuerdas tu contraseña?	
	INICIAR SESIÓN 🗲	



Significado de los signos, símbolos y abreviaturas

	Pulsar para empezar una sesión de televigilancia
	Pulsar para terminar una sesión de televigilancia
0	Pulsar para consultar
\$	Pulsar para añadir como favorito
★	Pulsar para añadir o eliminar de favoritos
0	Pulsar para eliminar
	Pulsar para modificar
B	Pulsar para duplicar
RR (CPM)	Frecuencia respiratoria (ciclo por minuto)
HR (BPM)	Frecuencia cardíaca (latidos por minuto)
SpO2 (%)	Saturación de oxígeno (porcentaje)
Act (h)	Duración de la actividad (hora)
0	Una alerta técnica activa
Θ	Ninguna alerta técnica activa
02	Una alerta de nivel de oxígeno activa
O ₂	Ninguna alerta de nivel de oxígeno activa
S	Une alerte de fréquence cardiaque est active
	Ninguna alerta de frecuencia cardíaca activa
(A)	Una alerta de frecuencia respiratoria activa
め	Ninguna alerta de frecuencia respiratoria activa
	Añadir un comentario a una alerta
٨.	Consultar los datos del paciente de la alerta
	Seleccionar varias alertas para cerrar

Desconexión de Bora connect®

Utilice el botón «Desconexión» en la parte inferior izquierda de la aplicación. G Déconnexion



La plataforma Bora connect® se actualiza automáticamente cuando hay una nueva versión disponible. Biosency avisará de la actualización para evitar una posible interrupción del servicio y para presentar las nuevas funcionalidades o evoluciones asociadas

PRECAUCIONES

VERSIÓN MÓVIL DE BORA CONNECT®

Para disfrutar de las últimas evoluciones, asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación móvil Bora connect®.

La aplicación móvil Bora connect® muestra una notificación al conectarse si hay una nueva versión disponible.



Almacenamiento de datos

Los datos Bora connect® están encriptados y alojados por un proveedor de datos de salud certificado.

Para el almacenamiento de datos, Bora connect® utiliza una clave con formato AES-256-GCM de 256 bits para asegurar los datos.

El tiempo que se conservan los datos se define en la política de confidencialidad disponible en la sección

Política de protección de los datos personales del sitio web: doc.bora-connect.com.

Los datos personales se guardarán durante 5 años tras la finalización del contrato. Pasado este tiempo,se eliminan.

El historial de conexión se conserva durante 1 año. Pasado este tiempo, se elimina.

En cuanto a la aplicación móvil Bora connect®, no se guardará ningún dato en el dispositivo telefónico. Los datos personales se cargan en la memoria RAM mientras se utiliza la aplicación, y luego, se eliminan.



Acceso a los datos

Profesionales sanitarios

Conectarse a la plataforma Bora connect® o a la aplicación móvil:

- Para visualizar los datos de los pacientes.
- Para visualizar el estado de su flota de Bora band®.

Pacientes

El paciente puede conectarse a la plataforma Bora connect® o a la aplicación móvil: para comprobar el estado de su Bora band® y consultar sus datos fisiológicos.

El paciente pude conectarse a Bora connect for home o for study para comprobar el estado de su Bora band®.



Garantía y asistencia

Para conocer nuestras condiciones de garantía y asistencia, consulte nuestras condiciones generales de suscripción, disponibles en r <u>doc.bora-connect.com</u> - en los siguientes párrafos:

DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN - RENOVACIÓN - RESCISIÓN CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PLATAFORMA BORA CONNECT®; párrafo función de asistencia

Exclusión de la garantía

Para nuestras condiciones de garantía y de exclusión, consulte nuestras condiciones generales de suscripción en los siguientes párrafos:

RESPONSABILIDADES, GARANTIAS Y EXCLUSIONES

Incidentes

Cualquier incidente grave que exista en relación con Bora connect® debe señalarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde reside el paciente.

Asistencia

Si hay cualquier problema, contacte con Biosency escribiendo a <u>support@biosency.com</u> o llamando al 0800 910 073.



La plataforma Bora connect® es una plataforma web, Bora connect® no se instala en el ordenador.

La aplicación móvil Bora connect®, Bora connect for Home y Bora connect for Study puede desinstalarse al igual que cualquier otra aplicación, dependiendo del funcionamiento de su teléfono móvil. En general, si se deja pulsado el logo de la aplicación aparecerá un menú que permite desinstalar la aplicación.



Ciberseguridad

Este capítulo presenta todas las precauciones y avisos para protegerse de los riesgos de ciberseguridad. Para garantizar la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales, se recomienda conocer la siguiente información.

Consulte esta página que incluye los posibles riesgos del dispositivo, una visualización de la gestión de la seguridad de nuestra plataforma, información útil para un uso seguro del dispositivo médico y recomendaciones para protegerse de los riesgos de ciberseguridad: <u>https://doc.bora-connect.com</u>

Opciones de seguridad

Bora connect® es una plataforma web. Las actualizaciones de seguridad se realizan automáticamente. No hay opciones de seguridad específicas para el uso de Bora connect®. Consulte la sección de las recomendaciones de seguridad en <u>https://doc.bora-connect.com</u>

VeriPcación y actualización

Bora connect® tiene la capacidad de auditar, de forma fiable, la actividad en el dispositivo. Bora connect® crea registros de auditorías adicionales para cualquier acción en la plataforma. La persona en cuestión se identifica para cada acción de información personal identificable en el registro.

Impacto en la seguridad

En caso de que Bora connect® no consiga mantener la seguridad, el impacto en los tratamientos de los pacientes se vería en la interrupción de su vigilancia a distancia, lo que retrasaría los tratamientos a los pacientes.



Información técnica

Rendimiento

Para la precisión de las medidas, consulte el modo de empleo del aparato.

Datos	Rango de visualización	Precisión de la visuali- zación
Medidas		
Saturación de oxígeno	70% - 100% Sp0 ₂	±1%
Frecuencia cardíaca	35 – 240 bpm	±1bpm
Frecuencia respiratoria	10 – 50 cpm	±1cpm
Temperatura	10 – 43 °C	±0,1°C
Actividad	0 – 24 h	±1min
Pasos	0 – 2 ⁶³ -1 pas	±1 paso
Media y cuartiles		
Saturación de oxígeno	70% - 100% Sp0 ₂	±1%
Frecuencia cardíaca	35 – 240 bpm	±1bpm
Frecuencia respiratoria	10 – 50 cpm	±1cpm
Temperatura	10 – 43 °C	±0,1°C
Actividad	0 – 24 h	±1min
Pasos	0 – 2 ⁶³ -1 pas	±1paso
	-ñ	

Conformidad

Normas relativas a	IEC 62304
los programas	IEC 82304-1



Ventajas clínicas

La mejora de la calidad de vida es un posible beneficio clínico de la aplicación de una televigilancia con Bora band® y Bora connect®. Los profesionales pueden utilizar los parámetros clínicos mostrados en Bora connect® para optimizar las prescripciones de asistencia respiratoria, y también permiten el seguimiento y el mantenimiento de las mejoras en curso de rehabilitación respiratoria.

La prevención de la agravación de las patologías respiratorias crónicas es un posible beneficio clínico del uso de Bora connect® en combinación con Bora band®. La evolución de los parámetros clínicos mostrados por Bora connect® puede ser un criterio de alerta para un futuro deterioro del estado de salud de un paciente.



Bora band® y Bora connect® son marcas registradas de Biosency en Francia y en Europa.



Este capítulo describe los símbolos utilizados en el producto o en su embalaje.

	Consulte la guía de usuario antes de utilizar el aparato.
\bigotimes	No hay ninguna alarma activa.
CE ₂₇₉₇	Distintivo CE que indica la conformidad con la reglamentación actual en los dispositivos médicos. Organismo notificado: BSI NL.
DM	Dispositivo médico.
UDI	Identificador único del dispositivo.
	Fabricante y fecha de fabricación.



Coordonnées du fabricant



